



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PRESEDINTE

Nr.2671 din 02.03.2015

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ INVITATIEI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 370288 DIN 20.02.2015 PUBLICATĂ ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: " FURNIZARE APARAT RX MOBIL PENTRU RADIOGRAFII LA PATUL BOLNAVULUI LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚE ZALĂU, LABORATOR RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ ".

Având în vedere solicitările de clarificări depuse de un operator economic , precizăm următoarele :

Întrebare nr.1:

În cadrul fișei de date la punctual III.2.1.b) **Capacitatea de exercitare a activității profesionale**, subpunctele 4 și 5, autoritatea contractantă solicită *Autorizație de securitate radiologică emisă de Comisia Națională pentru Controlul Activității Nucleare și Autorizație de furnizare pentru produs emisă de CNCAN.*

- Conform prevederilor **OUG 34/2006**, prin introducerea solicitării Autorizație de securitate radiologică în documentele obligatorii de calificare la procedură, considerăm că a fost încălcat **art. 2 – (1), lit.a și lit. b** – care susțin că autoritatea contractantă trebuie să asigure "promovarea concurenței între operatorii economici și garantarea tratamentului egal și nediscriminarea operatorilor economici". Ne susținem acest punct de vedere întrucât obținerea autorizației anterior deciziei de atribuire la contractului de achiziție publică implică o imobilizare financiară considerabilă din partea firmei noastre, ceea ce ne restricționează accesul, ca participant, la procedură.
- Conform adresei **nr. 4366/17.12.2009** și adresei **nr. 9608/47167/23.12.2009**, anexate la prezenta cerere, ofertantul este obligat să solicite către CNCAN Autorizația de Furnizare pentru instalațiile radiologice, în termen de maxim 15 zile de la data dobândirii produselor. Ca urmare a acestei reglementări, **obținerea și prezentarea Autorizației de Securitate Radiologică / Autorizației de Furnizare se va face doar în situația încheierii contractului de furnizare și deținerea instalațiilor în cauză.**
- În conformitate cu art. 5 al Ordinului nr. 181/2006 al Președintelui CNCAN și art. 23 din Legea 111/1996, furnizarea de instalații radiologice necesită obținerea prealabilă a Autorizației de Securitate Radiologică / Autorizației de Furnizare, autorizație pe care ne angajăm să o prezentăm la momentul livrării produsului. Obținerea și prezentarea acesteia intră în obligația furnizorului și se va face conform graficului de timp specificat în Propunerea Financiară / Propunerea Tehnică, propuneri acceptate în prealabil de către autoritatea contractantă.
- De asemenea, instalația ce face obiectul licitației publice poartă marcajul European de conformitate CE, ceea ce reprezintă concordanță cu ultimele reglementări în vigoare în CE în domeniul radiațiilor ionizante cu aplicație de diagnostic medical.

Din toate aceste motive, ne susținem punctul de vedere și **vă solicităm modificarea condițiilor de calificare prin acceptarea unei declarații pe proprie răspundere din partea ofertantului prin care acesta se angajează să prezinte la livrare Autorizația de Furnizare sau Autorizația de Securitate Radiologică eliberată de CNCAN pentru produsul ce face obiectul ofertei, în funcție de proveniența instalației UE sau non-UE.**



Răspuns nr.1:

- În conformitate cu prevederile art.33¹ alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2006, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice evaluează, înainte de transmiterea spre publicare a invitației de participare, conformitatea cu legislația aplicabilă în domeniul achizițiilor publice a **documentației de atribuire** aferente contractelor de achiziție publică.
- Autoritatea Contractantă a **primit acceptul Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice privind documentația de atribuire în vederea inițierii procedurii de atribuire.**
- Se vor respecta cerințele din cadrul fișei de date de la punctul **III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale.**

Întrebare nr.2:

Societatea noastră dorește să ofere în cadrul licitației o instalație roentgen mobilă cu marca CE, instalație ce îndeplinește toate normele la nivel european și cu care se pot efectua în condiții optime toate examinările radiologice necesare a fi făcute la patul pacientului.

Specificatiile tehnice propuse de dumneavoastră sunt foarte detaliate, drept urmare ușor limitative. Pentru a oferi o **sansă egală** tuturor furnizorilor de echipamente medicale din România cât și pentru **asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice** vă solicităm modificarea, reformularea sau eliminarea anumitor caracteristici tehnice, fără a aduce atingere actului medical. Drept urmare vă solicităm:

- modificarea caracteristicii generatorului Rx solicitată în specificația tehnică din “curent maxim: min. 425 mA” în “curent maxim: min. 400 mA”;
- eliminarea caracteristicilor cu privire la capacitatea anodei de stocare a căldurii cât și cele cu privire la capacitatea de stocare a căldurii a ansamblului tub – cupolă, având în vedere că aceste caracteristici nu afectează actul medical;
- modificarea caracteristicii colimatorului: “câmp luminos (la SID 1m): min 175 lux” în “câmp luminos (la SID 1m): min 160 lux”;
- modificarea caracteristicii brațului: “extensie orizontală maximă a brațului: min: 125” în “extensie orizontală maximă a brațului: min: 120”;
- modificarea caracteristicii brațului: “distanță maximă focar – podea: min: 210” în “distanță maximă focar – podea: min: 205”;
- modificarea caracteristicii “Dimensiuni mici pentru acces ușor (L x l H): max: 100 x 60 x 160 (cm)” în “Dimensiuni mici pentru acces ușor (L x l H): max: 120 x 75 x 160 (cm)”;

Menționăm că niciuna din modificările solicitate nu afectează calitatea imaginilor obținute sau a actului medical. Totodată dorim să subliniem că modificările solicitate de noi se încadrează în intervalul $\pm 10\%$, interval acceptat și de normele europene în vigoare, norme ce stau la baza criteriilor de acceptabilitate ale instalațiilor radiologice.

Răspuns nr.2:

- Operatorul economic are obligația de a respecta specificațiile tehnice solicitate în **documentația de atribuire** publicată pe SEAP la invitația de participare nr. 370288 din 20.02.2015.

PREȘEDINTE,
Tiberiu Marc

