



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr.14370 din 09.10.2015

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 163163 DIN 29.09.2015 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT:

**„Furnizare echipamente și aparatură medicală la Spitalului Județean de Urgență Zalău:
Lot 1 Achiziționare Monitor funcții vitale BUC =1
Lot 2 Achiziționare Biomicroscop BUC=1
Lot 3 Achiziționare Carucior transport pacienți obezi, antrenare manuală – 200Kg BUC=3“**

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Intrebare nr.1

La capitolul Specificatii tehnice:

Va rugam sa clarificati daca se doreste scaun cu rotile avand manere/cotiere cu posibilitate de rabatare sau cu posibilitatea de a fi demontabile.

Fata de cerinta din Caietul de sarcini, respectiv „Cotiere in PU rabatabile”, supunem atentiei dumneavoastra urmatoarele observatii:

De regula, un scaun cu rotile este construit de un fabricant cu sezut de 60 cm pentru a fi utilizat de persoanele obeze. Constructia unui astfel de scaun rulant este gandita astfel incat sa suporte solicitari care pot ajunge pana la 200 kg. Ca atare, din punct de vedere al sigurantei, manerele se fixeaza de cadru, cu puncte de prindere atat la nivelul spatarului, cat si la nivelul sezutului, intrucat rolul lor in a mentine integralitatea structurii, urmare a solicitarilor care pot ajunge pana la 200 kg, este unul major.

Raspuns nr.1

Se vor respecta specificatiile tehnice din caietul de sarcini si se va oferta ”Carucior transport pacienți obezi, antrenare manuală – 200Kg ”, cu manere/cotiere rabatabile.

Motivatia consta in faptul ca mobilizarea pacientilor supraponderali din carucior in diferite locatii (ex.pat, masa examinare, ambulanta,etc...) se face mult mai usor daca se pot indeparta manerele/cotiarele laterale obtinandu-se astfel un spatiu deschis pentru aceasta manevra.

PREȘEDINTE,
Tiberiu Marc

SAP-UC / Prian Claudia

