

**PREȘEDINTE**

**Nr. 18929 din 25.10.2022**

**CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI ADV1323018  
PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU ACHIZITIA DIRECTA AVÂND CA OBIECT: „Dotarea Spitalului  
Județean de Urgență Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19:  
LOT 1: achiziționarea a 5 bucăți BIPAP cu accesorii  
LOT 2: achiziționare aparat pentru tromboprofilaxie mecanică”**

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

**Întrebare nr. 1:**

Având în vedere anunțul dumneavoastră de publicitate nr. ADV1323018 având ca obiect „Dotarea Spitalului Județean de Urgență Zalău cu echipamente necesare pentru tratarea pacienților cu COVID 19: LOT 1: achiziționarea a 5 bucăți BIPAP cu accesorii, vă rugăm să ne ajutați cu răspunsurile la următoarele solicitări de clarificări:

1. În Fisa de Date, LOT 1 - BIPAP cu accesorii:

Referitor la specificația legată de dimensiunile de se solicita dimensiunile maxime: 10,7x16,5x17,5 cm (fără umidificator), vă rugăm să specificați dacă se acceptă dimensiunile: 17 x 13,5 x 18 cm (fără umidificator)

Referitor la specificația legată de dimensiunile de se solicita dimensiunile maxime: Umidificator max. 6,6 cm x 16.0cm x 21,3 cm, vă rugăm să specificați dacă se acceptă dimensiunile: 14 x 13,5 x 18 cm

**Răspuns nr. 1:**

Nu se acceptă alte dimensiuni pentru aparatele BIPAP ce vor fi oferite în cadrul achiziției, astfel se vor menține dimensiunile reduse de :

- max. 10,7x16,5x17,5 cm (fără umidificator)
- Umidificator max. 6,6 cm x 16.0cm x 21,3 cm

**PREȘEDINTE,  
DINU IANCU-SĂLĂJANU**

**Întocmit,  
Maier Radu**

**Șef Serviciul Achiziții Publice Parteneriat  
Public-Privat și Urmărirea Contractelor,  
Vultur Maria**