



ROMÂNIA  
JUDEȚUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr.16656 din 13.12.2017

**CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 180891 DIN 21.11.2017 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: „DOTAREA CU APARATURĂ MEDICALĂ LA AMBULATORIUL INTEGRAT DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ZALĂ: LOT 3 ACHIZIȚIONARE APARAT RX PENTRU FLUOROSCOPIE DIGITALĂ CU DETECTOR DIGITAL DINAMIC”**

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

**Întrebare 1:**

Filtrele suplimentare sunt introduse în colimator, în funcție de programele anatomice presetate (în proceduri de service). Nu este nici eficiența nici facilitățile urmărirea afisării permanente a tipului filtrului introdus în fiecare investigație; această valoare este înregistrată automat pe imaginea achiziționată.

Vă rugăm să fiți de acord cu reformularea cerinței: Valoarea filtrului să fie afișată pe monitorul de imagine și pe display-ul LCD al colimatorului sau afișarea ei pe imaginea achiziționată.

**Răspuns 1 :**

Nu se accepta. Se menține formularea din Caietul de sarcini/Fișa tehnică.

Autoritatea Contractantă a stabilit Specificațiile tehnice din Caietul de sarcini în conformitate cu necesitatea aparatului, respectiv scopul utilizării acestuia în procesul medical specific, ori cerințele propuse nu satisfac necesitățile Autorității Contractante, reducând performanța echipamentului solicitat (mai puține funcțiuni), respectiv calitatea actului medical pentru care acesta este achiziționat.

PREȘEDINTE,  
TIBERIU MARC



Intocmit,

Prian Claudia Daniela

Sef serviciu,

Vultur Maria

