



ROMÂNIA  
JUDEȚUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr. 4850 din 09.04.2019

**CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT NR. SCN 1040980 DIN 03.04.2019 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: "Dotarea cu aparatură și echipamente medicale la Spitalul Județean de Urgență Zalău".**

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

**Întrebare nr. 1:**

Fisa tehnica 2 Videolaringoscop

1. Cerința din caietul de sarcini: "Posibilitatea de transmitere a imaginii la un alt monitor"

Va rugăm clarificați această cerință: se dorește transmiterea (descarcarea) imaginilor și a înregistrărilor către un alt dispozitiv de stocare vizualizare (monitor) sau se dorește transmiterea "în timp real" a acestor imagini, prin fir sau alta tehnologie.

În cazul în care se dorește un echipament cu transmiterea "în timp real" a acestor imagini, este improprie cerința unui laringoscop cu display incorporat mai ales ca utilizarea unui astfel de echipament ar fi dificilă în secțiile UPU datorită modului de utilizare, va rugăm să acceptați varianta unei descărcări ulterioare a acestor imagini și înregistrări pe un suport de vizualizare și stocare

**Răspuns nr. 1:**

Referitor la cerința din fișa tehnică: „Posibilitate de transmitere a imaginii la un alt monitor”, se solicită ca aparatul să permită descărcarea imaginilor ulterior pe un alt monitor.

PREȘEDINTE,  
Tiberiu Marc,



Sef Serviciul achizitii publice,  
parteneriat public –privat  
și urmărirea contractelor  
Vultur Maria

Întocmit,  
Dîrjan Alina Monica

